

FSN-Ref.: ECL-FSCA-005 3 DE en 3 FSCA-Ref.: ECL-FSCA-005

# Sicherheitsanweisung im Feld (FSN) Olympus EndoDis Pro Falsches Verfallsdatum auf dem Etikett

	1. Informationen über betroffene Produkte			
1.	<ol> <li>Gerätetyp</li> </ol>			
	Desinfektionsmittel			
1.	2. Handelsname			
	Olympus EndoDis Pro			
1.	Primärer klinischer Zweck des Produkts			
	Desinfektionsmittel für PAA-Verfahren in ETD-System			
1.	Produkt-Katalognummer und Chargennummer			
	Katalognummer	Chargennummer		
	3099120 2243AP0104			
	3100780 5233AP0204			
	3100780	3293AP0104		
	3099120	3293AP0204		
	3099120	2034AP0204		

### 2. Grund für Sicherheitskorrekturmaßnahme im Feld (FSCA)

2. 1. Beschreibung des Produktproblems

Produkte sind mit einem falschen Verfallsdatum gekennzeichnet.

Katalognummer	Olympus Code	Chargennummer	FALSCHES Verfallsdatum (aktuell auf dem Etikett angegeben)	RICHTIGES Verfallsdatum (geltendes Datum)
3099120	WD00342A	2243AP0104	2024-12	2024 - 10
3100780	WD00347A	5233AP0204	2024-12	2024 - 10
3100780	WD00347A	3293AP0104	2025-01	2024 - 10
3099120	WD00342A	3293AP0204	2025-01	2024 - 10
3099120	WD00342A	2034AP0204	2025-07	2025 - 05

2. Gefährdung, die Anlass der FSCA ist

Das auf dem Etikett aufgedruckte Haltbarkeitsdatum ist falsch. Das Produkt ist jedoch aktuell noch haltbar. Im Zusammenhang mit dem Produkt in Ihrem Bestand besteht kein Risiko für Patienten/Anwender, jedoch müssen Sie die Anweisungen in Abschnitt 3.2 befolgen. Wir führen diese Korrekturmaßnahme in Abstimmung mit Olympus als Vorsichtsmaßnahme durch, um höchste Anforderungen an die Sicherheit zu erfüllen.

#### 3. Art der Maßnahmen zur Minderung des Risikos

#### 3. 1. Vom Händler, Olympus, zu ergreifende Maßnahmen

- ☑ Im Bestand befindliche oder an Anwender weitergegebene Produkte identifizieren.
- ⊠ Anwender zum Vorgehen gemäß Abschnitt 3.2 "Empfohlene vom Anwender zu ergreifende Maßnahmen" auffordern.

Revision des Formulars: 2. Rev.: Februar 2020



FSN-Ref.: ECL-FSCA-005\_3\_DE\_en\_3 FSCA-Ref.: ECL-FSCA-005

Katalognummer	Olympus Code	Chargennummer	RICHTIGES  Verfallsdatum (geltendes Datum)
3099120	WD00342A	2243AP0104	2024 - 10
3100780	WD00347A	5233AP0204	2024 - 10
3100780	WD00347A	3293AP0104	2024 - 10
3099120	WD00342A	3293AP0204	2024 - 10
3099120	WD00342A	2034AP0204	2025 - 05

#### 2. Empfohlene vom Anwender zu ergreifende Maßnahmen

☑ Das Produkt identifizieren.

☑ Die Verwendung des Produkts stoppen.

 $\ \ \, \boxtimes$  Das Produkt unter Beachtung der örtlichen Vorschriften und des Sicherheitsdatenblatts entsorgen.

☑ Ihren Händler, Olympus, informieren und nachweisen, dass die Produkte aus Ihrem Bestand entsorgt wurden. Bei Erhalt eines Entsorgungsnachweises bieten wir eine Gutschrift für das Produkt und die Entsorgungskosten an.

Katalognummer	Olympus Code	Chargennummer	RICHTIGES  Verfallsdatum (geltendes Datum)
3099120	WD00342A	2243AP0104	2024 - 10
3100780	WD00347A	5233AP0204	2024 - 10
3100780	WD00347A	3293AP0104	2024 - 10
3099120	WD00342A	3293AP0204	2024 - 10
3099120	WD00342A	2034AP0204	2025 - 05

3. Bis wann soll die Unverzüglich Maßnahme abgeschlossen sein?

3. 4. Ist Antwort des Kunden erforderlich?

(Wenn ja, Formular mit Angabe der Rückgabefrist beigefügt)

4. Allgemeine Informationen				
4.	1. FSN-Typ	Neu		
4.	2. Sind bereits weitere Hinweise oder Informationen als Folge-Sicherheitsinformation erwartet?	Nein		
4.	3. Herstellerinformationen			
	(Für Kontaktdaten der Vertretung vor Ort siehe Seite 1 dieser Sicherheitsinformation)			
	a. Name des Unternehmens	Ecolab Deutschland GmbH		
	b. Adresse	Ecolab-Allee 1, DE-40789 Monheim		
	c. Website	www.ecolab.com		
4.	4. Die zuständige (Regulierungs-)Behörde Ihres Landes wurde über diese			
	Kommunikation an die Kunden informiert.			
4.	5. Liste der Anhänge/Appendices:	Antwortformular im dieser		
		Sicherheitsinformation beigefügten Schreiben		

Revision des Formulars: 2. Rev.: Februar 2020



FSN-Ref.: ECL-FSCA-005\_3\_DE\_en\_3 FSCA-Ref.: ECL-FSCA-00

4.	6. Name/Unterschrift	
		Senior Regulatory Affairs Manager Ecolab Deutschland GmbH
		Director Quality Health Care Europe Ecolab

## Weiterleitung dieser Sicherheitsinformation

Diese Information muss an alle in Ihrer Organisation betroffenen Personen sowie an alle Einrichtungen, an die die möglicherweise betroffenen Geräte weitergegeben wurden, weitergeleitet werden.

Der Händler informiert und erinnert den Endanwender mindestens 3 Mal, um die Effektivität dieser Korrekturmaßnahme beim Endkunden von Olympus sicherzustellen.

Bitte melden Sie alle Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt dem Hersteller, dem Händler oder dem örtlichen Vertreter und gegebenenfalls der zuständigen nationalen Behörde, da dies wichtige Rückmeldungen liefert.

Revision des Formulars: 2. Rev.: Februar 2020